



Ne convient pas pour mesurer la température corporelle.

Gamme de température: $-50 \div 1000\text{ °C}$ ($-58 \div 1832\text{ °F}$)

Résolution afficheur: $0,1\text{ °C}$ ($0,1\text{ °F}$)

Émissivité : $0,1 \div 1$ réglable

Précision : $-50 \div 20\text{ °C}$ ($\pm 3,5\text{ °C}$); $20 \div 300\text{ °C}$ ($\pm 1\%$ ou 1 °C); $300 \div 1000\text{ °C}$ ($\pm 1,5\%$)

Résolution optique (D:S) : 20:1

Température d'exercice : $0 \div 50\text{ °C}$

Température de stockage : $-10 \div 60\text{ °C}$

Code	Alimentation
------	--------------

699758	2 piles 1,5 V (type AAA)
--------	--------------------------